

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-1-1876/2025 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:
LightingLab Kalibrálólaboratórium Kft.
Vizsgálólaboratórium
 8200 Veszprém, Diófa u. 13.
- 2) Akkreditálási szabvány:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
- 3) Akkreditálási kategória:
vizsgálólaboratórium
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:
 Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2025. augusztus 14.**
 Az akkreditált státusz lejárata napja: **2030. augusztus 14.**
- 5) Az akkreditált terület:

8200 Veszprém, Diófa u. 13.		
Laboratóriumi vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Fény villódzása (TLA)	Flicker Frequency, műszeres mérés, 0,1Hz ... 12.500 GHz	CIE TN 006 IEEE 1789 IEC TR 61547 IEC TR 63158 Rugalmas terület
Fény villódzása (TLA)	Flicker Index, műszeres mérés, 0 ... 1	CIE TN 006 IEEE 1789 Rugalmas terület
Fény villódzása (TLA)	Flicker Ratio, műszeres mérés, 0% ... 100%	CIE TN 006 IEEE 1789 Rugalmas terület
Fény villódzása (TLA)	Mp (LRC Flicker Perception), műszeres mérés, 0 ... 100	ASSIST recommends... Volume 11 Issue 3, Jan 2015
Fény villódzása (TLA)	Pstlm (Short Term Flicker Perceptibility), műszeres mérés, 0 ... 100	CIE TN 006 IEC TR 61547 IEC TR 63158 Rugalmas terület
Fény villódzása (TLA)	SVM (Stroboscopic Visibility Measure), műszeres mérés, 0 ... 100	CIE TN 006 IEEE 1789 IEC TR 63158 Rugalmas terület

8200 Veszprém, Diófa u. 13.		
Laboratóriumi vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Fény villódzása (TLA)	SAM (Stroboscopic Acceptability Metric), műszeres mérés, -2 ... 2	ASSIST recommends... Volume 11 Issue 4, Aug 2017
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	elektromos áram, árammérés, 10 mA ... 10 A	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 ICAO 9157 AN/901 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	villamos teljesítmény, teljesítménymérés, 1 W ... 2000 W	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 ICAO 9157 AN/901 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	valódi teljesítménytényező, teljesítménymérés, 0...1	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	torzítási teljesítménytényező, számítás, 0 ... 1	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	eltolódási teljesítménytényező, teljesítménymérés, 0 ... 1	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	teljes harmonikus áramtorzítás, műszeres mérés, 0% ... 200%	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület

8200 Veszprém, Diófa u. 13. Laboratóriumi vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	fényáram, goniometrálas, 1 lm ... 300 klm	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-1 EN 13032-4 ICAO 9157 AN/901 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	fényerősség, fényerősségmérés, 1 cd ... 1000 kcd	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-1 EN 13032-4 ICAO 9157 AN/901 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	tengelyirányú fényerősség, fényerősségmérés, 1 cd ... 1000 kcd	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-1 EN 13032-4 ICAO 9157 AN/901 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	sugárzási szög, számítás, 1° ... 160°	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-1 EN 13032-4 ICAO 9157 AN/901 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 1 cd/m ² ...50 Mcd/m ²	IESNA LM-79 CIE S025/E EN 13032-1 EN 13032-4 ICAO 9157 AN/901 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	CIE x,y színekoordináták, műszeres mérés, 0,00 ... 0,85	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 IESNA TM-30 EN 13032-4 EBU Tech 3355 ICAO 9157 AN/901 ICAO Annex 14 Rugalmas terület

8200 Veszprém, Diófa u. 13. <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	térbeli színegyenletesség, műszeres mérés, 0,0000 ... 1,0000	IESNA LM-79 CIE S025/E EN 13032-4 ICAO 9157 AN/901 ICAO Annex 14 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	korrelált színhőmérséklet, műszeres mérés, 2000K ... 12000K, duv: -0,1 ... +0,1	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 IESNA TM-30 EN 13032-4 EBU Tech 3355 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	általános és egyedi színvisszaadási indexek, műszeres mérés, -500 ... 100	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 IESNA TM-30 EN 13032-4 EBU Tech 3355 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	színhűség index TM-30 Rf, műszeres mérés, 0 ... 100	IESNA LM-79 CIE S025/E IESNA TM-30 EN 13032-4 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	gamut terület index TM-30 Rg, műszeres mérés, 0 ... 200	IESNA LM-79 CIE S025/E IESNA TM-30 EN 13032-4 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	EBU Tech 3355 TLCI, műszeres mérés, 0 ... 100	EBU Tech 3355 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	fényhasznosítás, számítás, 0 lm/W ... 683 lm/W	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 ICAO 9157 AN/901 ICAO Annex 14 Rugalmas terület

8200 Veszprém, Diófa u. 13.		
Laboratóriumi vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	hőmérséklet, villamos alapjel mérés, 0°C ... 150°C	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület
LED fényforrások, LED lámpatestek és LED modulok	fényerősségi osztály, számítás, G*1 ... G*6	EN 13201-2 Rugalmas terület
Terhelőáram felharmonikus tartalma	valódi teljesítménytényező, teljesítménymérés, 0 ... 1	EN IEC 61000-3-2 Rugalmas terület
Terhelőáram felharmonikus tartalma	eltolódási teljesítménytényező, teljesítménymérés, 0 ... 1	EN IEC 61000-3-2 Rugalmas terület
Terhelőáram felharmonikus tartalma	torzítási teljesítménytényező, számítás, 0 ... 1	EN IEC 61000-3-2 Rugalmas terület
Terhelőáram felharmonikus tartalma	teljes harmonikus áramtorzítás: műszeres mérés, 0 ... 200%	EN IEC 61000-3-2 Rugalmas terület
Vonatok fényjelző berendezései	összfényáram, goniometrálas, 0,1 lm ... 100 klm	EN 15153-1 Rugalmas terület
Vonatok fényjelző berendezései	fényerősség, fényerősségmérés, 1 cd ... 1000 kcd	EN 15153-1 Rugalmas terület
Vonatok fényjelző berendezései	CIE x,y színekoordináták, műszeres mérés, 0,00 ... 0,85	EN 15153-1 Rugalmas terület
Repülőterek világítása	megvilágítás, műszeres mérés, 0,1 lx ... 200 klx	ICAO 9157 AN/901 ICAO 9261 Rugalmas terület
Repülőterek világítása	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 0,1 cd/m ² ... 50 Mcd/m ²	ICAO 9157 AN/901 ICAO 9261 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	elektromos áram, árammérés, 10 mA ... 10 A	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület

8200 Veszprém, Diófa u. 13.		
Laboratóriumi vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növénytermesztő világító berendezések	villamos teljesítmény, teljesítménymérés, 1 W ... 2000 W	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	valódi teljesítménytényező, teljesítménymérés, 0...1	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	eltolódási teljesítménytényező, teljesítménymérés, 0 ... 1	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	torzítási teljesítménytényező, számítás, 0 ... 1	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	teljes harmonikus áramtorzítás, műszeres mérés, 0 ... 200%	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	fényáram, goniometrálas, 1 lm ... 300 klm	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-1 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	fényerősség, fényerősségmérés, 1 cd ... 1000 kcd	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-1 EN 13032-4 Rugalmas terület

8200 Veszprém, Diófa u. 13. <i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növénytermesztő világító berendezések	tengelyirányú fényerősség, fényerősségmérés, 1cd ... 1000 kcd	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-1 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	sugárzási szög, számítás, 1° ... 160°	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-1 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 1 cd/m ² ... 50 Mcd/m ²	IESNA LM-79 CIE S025/E EN 13032-1 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	CIE x,y színekoordináták, műszeres mérés, 0,00 ... 0,85	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 IESNA TM-30 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	térbeli színegyenletesség, műszeres mérés, 0,0000 ... 1,0000	IESNA LM-79 CIE S025/E EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	fényhasznosítás, műszeres mérés, 0 lm/W ... 683 lm/W	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	hőmérséklet, villamos alapjel mérés, 0°C ... 150°C	IESNA LM-79 CIE S025/E IEC 62717 IEC 62722 EN 13032-4 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	fotoszintézishez hatásos fotonáram, számítás, 0,01μmol/s ... 100.000μmol/s	ANSI/ASABE S640 Rugalmas terület

8200 Veszprém, Diófa u. 13.		
<i>Laboratóriumi vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Növénytermesztő világító berendezések	fotoszintézishez hatásos fotonáram hasznosítás, számítás, 0,01 μmol/s/W ... 100 μmol/s/W	ANSI/ASABE S640 Rugalmas terület
Növénytermesztő világító berendezések	fotoszintézishez hatásos fotonerősség, számítás 0,01 μmol/s/sr ... 100.000 μmol/s/sr	ANSI/ASABE S640 Rugalmas terület
Fotobiológiai biztonság (Blue Light Hazard)	besugárzás, műszeres mérés, [W/m²] 250 nm ... 2500 nm	EN IEC 62471 Rugalmas terület
Fotobiológiai biztonság (Blue Light Hazard)	dózis, műszeres mérés, [J/m²] 250 nm ... 2500 nm	EN IEC 62471 Rugalmas terület
Elsődleges és másodlagos sugárzók	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 1 cd/m² ... 50 Mcd/m²	SID IDMS Rugalmas terület

8200 Veszprém, Diófa u. 13.		
<i>Helyszíni vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszerazonosítója
Belső téri munkahelyek világítása	megvilágítás, műszeres mérés, 0,1 lx ... 200 klx	EN 12464-1 Rugalmas terület
Belső téri munkahelyek világítása	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 0,1 cd/m² ... 50 Mcd/m²	EN 12464-1 Rugalmas terület
Belső téri munkahelyek világítása	UGR, fénysűrűségmérés, 10 ... 28	EN 12464-1 Rugalmas terület
Belső téri munkahelyek világítása	korrelált színhőmérséklet, műszeres mérés, 2000K ... 12000K, duv: -0,1 ... +0,1	EN 12464-1 Rugalmas terület
Belső téri munkahelyek világítása	általános és egyedi színvisszaadási indexek, műszeres mérés, -500 ... 100	EN 12464-1 Rugalmas terület
Kültéri munkahelyek világítása	megvilágítás, műszeres mérés, 0,1 lx ... 200 klx	EN 12464-2 Rugalmas terület

8200 Veszprém, Diófa u. 13.		
<i>Helyszíni vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszerazonosítója
Kültéri munkahelyek világítása	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 0,1 cd/m ² ... 50 Mcd/m ²	EN 12464-2 Rugalmas terület
Kültéri munkahelyek világítása	korrelált színhőmérséklet, műszeres mérés, 2000K ... 12000K, duv: -0,1 ... +0,1	EN 12464-2 Rugalmas terület
Kültéri munkahelyek világítása	általános és egyedi színvisszaadási indexek, műszeres mérés, -500 ... 100	EN 12464-2 Rugalmas terület
Sportlétesítmények megvilágítása	megvilágítás, műszeres mérés, 0,1 lx ... 200 klx	EN 12193 FINA Facility Rules UEFA Stadium Lighting Guide IAAF Track and Field Facilities Manual IIHF Lighting Guide Rugalmas terület
Sportlétesítmények megvilágítása	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 0,1 cd/m ² ... 50 Mcd/m ²	EN 12193 IAAF Track and Field Facilities Manual Rugalmas terület
Sportlétesítmények megvilágítása	korrelált színhőmérséklet, műszeres mérés, 2000K ... 12000K, duv: -0,1 ... +0,1	EN 12193 UEFA Stadium Lighting Guide IAAF Track and Field Facilities Manual IIHF Lighting Guide Rugalmas terület
Sportlétesítmények megvilágítása	általános és egyedi színvisszaadási indexek, műszeres mérés, -500 ... 100	EN 12193 UEFA Stadium Lighting Guide IAAF Track and Field Facilities Manual IIHF Lighting Guide Rugalmas terület
Sportlétesítmények megvilágítása	EBU Tech 3355 TLCl, műszeres mérés, 0 ... 100	EN 12193 EBU Tech 3355 UEFA Stadium Lighting Guide Rugalmas terület
Sportlétesítmények megvilágítása	Flicker Factor, műszeres mérés, 0% ... 100%	UEFA Stadium Lighting Guide IIHF Lighting Guide Rugalmas terület
Sportlétesítmények megvilágítása	Minimum adjacent uniformity ratio (MAUR), megvilágításmérés, 0 ... 1	UEFA Stadium Lighting Guide IAAF Track and Field Facilities Manual IIHF Lighting Guide Rugalmas terület
Repülőterek megvilágítása	megvilágítás, műszeres mérés, 0,1 lx ... 200 klx	ICAO 9157 AN/901 Rugalmas terület

8200 Veszprém, Diófa u. 13.		
<i>Helyszíni vizsgálatok</i>		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszerazonosítója
Repülőterek megvilágítása	megvilágítás, műszeres mérés, 0,1 lx ... 200 klx	ICAO 9261 Rugalmas terület
Repülőterek megvilágítása	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 0,1 cd/m ² ... 50 Mcd/m ²	ICAO 9157 AN/901 Rugalmas terület
Repülőterek megvilágítása	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 0,1 cd/m ² ... 50 Mcd/m ²	ICAO 9261 Rugalmas terület
Repülőterek megvilágítása	CIE x,y színekoordináták, műszeres mérés, 0,00 ... 0,85	ICAO 9157 AN/901 ICAO 9261 Rugalmas terület
Repülőterek megvilágítása	korrelált színhőmérséklet, műszeres mérés, 2000K ... 12000K, duv: -0,1 ... +0,1	ICAO 9157 AN/901 Rugalmas terület
Útvilágítás	megvilágítás, műszeres mérés, 0,1 lx ... 200 klx	EN 13201 Rugalmas terület
Útvilágítás	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 0,1 cd/m ² ... 50 Mcd/m ²	EN 13201 Rugalmas terület
Vezetékes zavar	elektromos áram, árammérés, 10 mA ... 10 A	EN IEC 61000-3-2 Rugalmas terület
Vezetékes zavar	villamos teljesítmény, teljesítménymérés, 1 W ... 2000 W	EN IEC 61000-3-2 Rugalmas terület
Vezetékes zavar	valódi teljesítménytényező, teljesítménymérés, 0...1	EN IEC 61000-3-2 Rugalmas terület
Vezetékes zavar	torzítási teljesítménytényező, teljesítménymérés, 0...1	EN IEC 61000-3-2 Rugalmas terület
Vezetékes zavar	eltolódási teljesítménytényező, teljesítménymérés, 0 ... 1	EN IEC 61000-3-2 Rugalmas terület
Vezetékes zavar	teljes harmonikus áramtorzítás, műszeres mérés, 0 ... 200%	EN IEC 61000-3-2 Rugalmas terület
Fény villódzása	Flicker Frequency, műszeres mérés, 0,1Hz ... 12.500 GHz	CIE TN 006 IEEE 1789 IEC TR 61547 IEC TR 63158 Rugalmas terület
Fény villódzása	Flicker Index, műszeres mérés, 0 ... 1	CIE TN 006 IEEE 1789 Rugalmas terület
Fény villódzása	Flicker Ratio, műszeres mérés, 0% ... 100%	CIE TN 006 IEEE 1789 Rugalmas terület

8200 Veszprém, Diófa u. 13.		
Helyszíni vizsgálatok		
A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszerazonosítója
Fény villódzása	Mp (LRC Flicker Perception), műszeres mérés, 0 ... 100	ASSIST recommends... Volume 11 Issue 3, Jan 2015
Fény villódzása	Pstlm (Short Term Flicker Perceptibility), műszeres mérés, 0 ... 100	CIE TN 006 IEC TR 61547 IEC TR 63158 Rugalmas terület
Fény villódzása	SVM (Stroboscopic Visibility Measure), műszeres mérés, 0 ... 100	CIE TN 006 IEEE 1789 IEC TR 63158 Rugalmas terület
Fény villódzása	SAM (Stroboscopic Acceptability Metric), műszeres mérés, -2 ... 2	ASSIST recommends... Volume 11 Issue 4, Aug 2017
Elsődleges és másodlagos sugárzók	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 0,1 cd/m ² ... 50 Mcd/m ²	SID IDMS Rugalmas terület
Fotobiológiai biztonság (Blue Light Hazard)	besugárzás, műszeres mérés, [W/m ²] 250 nm ... 2500 nm	EN IEC 62471 Rugalmas terület
Fotobiológiai biztonság (Blue Light Hazard)	dózis, műszeres mérés, [J/m ²] 250 nm ... 2500 nm	EN IEC 62471 Rugalmas terület
Alagút világítás	megvilágítás, műszeres mérés, 0,1 lx ... 200 klx	CIE 88 Rugalmas terület
Alagút világítás	megvilágítás, műszeres mérés, 0,1 lx ... 200 klx	CIE 194 Rugalmas terület
Alagút világítás	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 0,1 cd/m ² ... 50 Mcd/m ²	CIE 88 Rugalmas terület
Alagút világítás	fénysűrűség, fénysűrűségmérés, 0,1 cd/m ² ... 50 Mcd/m ²	CIE 194 Rugalmas terület

Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont státuszára vonatkozó információt.

A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.

Az akkreditált szervezet köteles nyilvántartást vezetni a rugalmasként megjelölt területének adatairól, mely nyilvántartás adatait a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a honlapján nyilvánossá teszi.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE -